



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» (ФБУ "Крымский ЦСМ")

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

RA.RU.310576

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ № С-КК/11-11-2022/201255806**

Действительно до: 10 ноября 2026 г.

Средство измерений Тепловодосчетчики; X12; 35979-07
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 07012
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе вычислитель X12 №07012; комплект термопреобразователей сопротивления №ТСП-ИН, ТСП-ИР;
датчик расхода FS-50S №04141; датчик расхода FS-50S №08340

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с ААОЯ.400720.001 РЭ раздел 12

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 3.7.АБШ.0003.2021; 49388-12 Калибраторы температуры ТР 1007135 Эталон 3 разряда
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры; Прибор
средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

комбинированный Testo 622; 6332-77 Магазины сопротивления Р4831 004 Эталон 4 разряда Приказ № 3456 от 30.12.2019; 6332-77 Магазины сопротивления Р4831 17599 Эталон 4 разряда Приказ № 3456 от 30.12.2019; Генератор импульсов Г5-60; Частотомер электронно-счетный ЧЗ-63

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающей среды 20 °С, относительная влажность воздуха 47 %, перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

атмосферное давление 99,7 кПа

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/201255806>

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 201255806

Поверитель Чиглазов В.Н.
фамилия, инициалы


Знак поверки:



*ГУПС "УК "Север",
г. Севастополь, ул. Некрасова, 1а*

**Заместитель начальника
отдела**

должность руководителя или
другого уполномоченного лица


подпись

Герасимович Т.И.

фамилия, инициалы

Дата поверки: 11.11.2022